

メルトインデクサ L220

高い信頼性と豊富な実績
センサーメーカーの試験装置だから、安心！

温度表示
分解能

0.01°C

温度変動

±0.2°C
以内

サイズ
従来比

20%
小型化

ピーク
消費電力
従来比

25%
削減



※演算器、プリンタは別売りとなります。
※従来比はL240との比較です。

用途

プラスチック製造における部材評価、受入検査

合成樹脂・着色剤の部材評価

包装資材、容器、機能性フィルムの開発におけるサンプル研究

リサイクル品の部材評価、販売先への信頼度アップ

トナー製造の部材評価、品質管理

etc...

特徴

温度分布の信頼性が高い

電気炉温度変動は $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ 以内。電気炉温度分布は $\pm 0.4^{\circ}\text{C}$ 以内に抑えており、温度分布の信頼性が高く、安定性、再現性にすぐれています。

長年の実績

センサーメーカーとして多くのメルトインデクサを販売してきた実績、経験があり、お客様のニーズに十分対応できる検査装置です。



型式 **L22** ① – ② ③

仕様

① 規格

5 A S T M

7 J I S

② 演算器

1 なし

4 あり

③ 温度仕様

1 通常 $\sim 300^{\circ}\text{C}$

2 高温 $\sim 450^{\circ}\text{C}$

3 ハステロイ仕様

※海外対応、耐蝕仕様も可能です。

準拠規格 : JIS K7210・ISO 1133・ASTM D1238

試験温度範囲 : 標準仕様 $80\sim 300^{\circ}\text{C}$ 高温仕様 $80\sim 450^{\circ}\text{C}$

温度指示分解能 : 0.01°C

温度センサ : P t センサ

温度設定点 : 8 点

安全対策 : 温度過昇防止器、漏電遮断器、転倒防止金具

外径寸法 : W320×D400(510)×H600(825)mm
※ () 内B法自動演算器付きの場合

電源 : AC100V 50/60Hz

計器周囲条件 : $20\pm 10^{\circ}\text{C}$ 45～85%RH

詳細についてはお近くの営業所までお問い合わせください

販売 **立山科学グループ**
立山科学株式会社

お問い合わせ

立山科学グループ

株式会社 立山科学ハイテクノロジーズ

富 山 〒939-8132 富山県富山市月岡町3丁目6番地
TEL : 050-5535-5824

東京支社 〒103-0021
東京都中央区日本橋本石町4丁目2-16 Daiwa日本橋本石町ビル5階
TEL : 03-5203-7881