TATEYAMA

メルトインデクサ

L220

高い信頼性と豊富な実績

センサーメーカーの試験装置だから、安心！

温度表示
分解能
0.01℃

温度変動
±0.2℃
以内

サイズ
従来比
20%
小型化

ピーク
消費電力
従来比
25%
削減



※演算器、プリンタは別売りとなります。
※従来比はL240との比較です。

用途

- プラスチック製造における部材評価、受入検査
- 合成樹脂・着色剤の部材評価
- 包装資材、容器、機能性フィルムの開発におけるサンプル研究
- リサイクル品の部材評価、販売先への信頼度アップ
- トナー製造の部材評価、品質管理　　etc・・・

特徴

温度分布の信頼性が高い

電気炉温度変動は±0.2℃以内。電気炉温度分布は±0.4℃以内に抑えており、
温度分布の信頼性が高く、安定性、再現性にすぐれています。

長年の実績

センサーメーカーとして多くのメルトインデクサを販売してきた実績、経験があり、
お客様のニーズに十分対応できる検査装置です。



型式　L22 ① － ② ③

仕様

① 規格	② 演算器	③ 温度仕様
5　ＡＳＴＭ	**1**　なし	**1**　通常　～300℃
7　ＪＩＳ	**4**　あり	**2**　高温　～450℃
		3　ハステロイ仕様

※海外対応、耐蝕仕様も可能です。

準拠規格	：JIS K7210･ISO 1133･ASTM D1238
試験温度範囲	：標準仕様　80～300℃　　高温仕様　80～450℃
温度指示分解能	：0.01℃
温度センサ	：Ｐｔセンサ
温度設定点	：８点
安全対策	：温度過昇防止器、漏電遮断器、転倒防止金具
外径寸法	：W320×D400(510)×H600(825)㎜ ※（　）内B法自動演算器付きの場合
電源	：AC100V　50/60Hz
計器周囲条件	：20±10℃　45～85%RH

詳細についてはお近くの営業所までお問い合わせください

販 売　立山科学グループ
立山科学株式会社

お問い合わせ　立山科学グループ
株式会社 立山科学ハイテクノロジーズ

富　山　〒939-8132　富山県富山市月岡町3丁目6番地
TEL：050-5535-5824

東京支社　〒103-0021
東京都中央区日本橋本石町4丁目2-16 Daiwa日本橋本石町ビル5階
TEL：03-5203-7881

HP：https://www.tateyama.jp/ht/　E-mail：high-tech@tateyama.jp